



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: sekretariat@mpcz.pl  
[www.mpcz.pl](http://www.mpcz.pl)

Nr sprawy 27Olspszoz2020

Mogilno, dnia 07 grudnia 2020 r.

**Wykonawcy,  
którzy złożyli pytania**

## WYJAŚNIENIA

### ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ NR II

*dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 27Olspszoz2020 – Dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontroli, oraz materiałów zużywalnych do analizatora immunochemicznego Cobas e411*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 3

1. Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości badań Zamawiający wymaga do oznaczenia Troponiny T i D-dimerów na analizatorze back-up?  
W załączonej tabeli brakuje wyszczególnienia asortymentu i ilości niezbędnych do wykonania ww badań.

**Ad.1 : Zamawiający informuje : D-dimerów – 65 opakowań ; Troponiny- 50 opakowań oraz materiały kontrolne zgodne z rekomendacją Oferenta.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Z-CA DYREKTORA**  
ds. Organizacyjno-Technicznych  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

*Jarosław Głowacki*  
**Jarosław Głowacki**

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a